

## 仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称	微量注射泵	申购信息	一套
参考品牌型号(选填)	KDS Legato 130		
主要用途描述：适用于对动物进行微量注射给药。			
<p>参数要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 线性推力：5kg</li> <li>2. 流量速率：3.66PL/MIN——3.818ML/MIN</li> <li>3. 进步速率：步进速率：27.5 秒/微步-52 微秒/微步，0.433 um/min-228.97 mm/min</li> <li>4. 精确度：±0.5%，重复性：±0.05%</li> <li>5. 可配注射器规格：0.5-1000ul</li> <li>6. 提供配置注射器：0.5ul、1ul、2ul、5ul、10ul</li> </ol> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> <p>申购人签字：</p> <p>日期：</p> </div>			

备注：

- 1、单价或批量在 1 万元以上的专用设备，必须提交本表格；
- 2、从江苏省省属高校国有资产管理信息系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。
- 3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。