

仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称	人工气候培养箱	申购信息	80006073
参考品牌型号(选填)	合肥右科 RG-P380D		
<p>主要用途描述：用于药用植物培养。</p>			
<p>参数要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 容积 400L 2. 隔板 3 个 3. 控温范围：无光照:0-50℃ 有光照:5-50℃ 4. 控温精度：±0.1℃ 5. 控温波动度：±1℃（实验条件为空载，环境温度 20℃、湿度 50%RH） 6. 控湿范围：50 ~ 90%RH 7. 控湿精度：±1%RH 8. 控湿波动度：±3%RH ~ ±7%RH 9. 光照度(lux): 30000LUX 10. 内部材料：镜面不锈钢 11. 外部材料：铝合金/冷轧钢板表面喷塑 12. 时间设定：定时 0-99 小时/连续运行 			

备注：

- 1、单价或批量在 1 万元以上的专用设备，必须提交本表格；
- 2、从江苏省省属高校国有资产管理信息系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。
- 3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。